

STIMEX[®]

NL



Gebruiksaanwijzing Art.-Nr. 102123

Stimulatiehandschoenen

Art.-Nr.	Grootte
107014	S
107021	M
107022	L



schwa-medico

MEDISCHE APPARATEN

schwa-medico Nederland B. V.
Koningin Julianaplein 10 | 3931 CK Woudenberg
Tel. 033 4655064 | Fax 033 4612223
E-mail info@schwa-medico.nl | www.schwa-medico.nl



Pierenkemper GmbH
Am Geiersberg 6 | 35630 Ehringshausen | Duitsland
Pierenkemper.eu **CE0482**

REF 451600-0488 Stand: 2020-11-04



schwa-medico

MEDISCHE APPARATEN

Beoogd gebruik

STIMEX® stimulatiehandschoenen zijn een medisch hulpmiddel Klasse I. Het zijn groot-oppervlakte-elektroden voor elektrosimulatie van de gehele hand, voor het beoogde doel in overeenstemming met de toepassing ervan.

Indicatie (Waarvoor kan ik gebruik maken van de handschoenen?)

De stimulatiehandschoenen kunnen in plaats van zelfklevende elektroden worden gebruikt bij alle pijnen op de handen. De specifieke medische aandoeningen staan in de gebruiksaanwijzing van de gebruikte elektrode aangegeven.

Contra-indicaties

(Wanneer mag ik de handschoenen niet of alleen na overleg met de bevoegde arts gebruiken?)

- » Wonden en huidaanandoeningen in het handgebied
- » Onverenigbaarheid met de handschoen gebruikte materialen
- » Let op: lees ook de "contra-indicaties" van het gebruikte elektrode-apparaat.

Veiligheidsinstructies

- » Een overrekking van de stof kan leiden tot het scheuren van de binnen isolatie van de drukknop. Door direct huidcontact met de drukknop kan beschadiging van de huid ontstaan. Overtuig u ervan dat de isolatie intact is.
- » Draag tijdens de therapie **geen metalen sieraden** zoals armbanden of piercings.
- » Raak tijdens de therapie geen metalen voorwerpen aan.
- » Laat de handschoenen elkaar niet aanraken. Mogelijk ontstaat er kortsluiting, waardoor de stimulatie beëindigt. Ook wanneer het contact tussen de handschoenen kortdurend was, kunt u een onaangename elektrische schok ervaren.
- » Zet vóór het uittrekken van de STIMEX® stimulatiehandschoenen altijd de elektrode-apparaat uit.

- » STIMEX® stimulatiehandschoenen kunnen huidirritaties veroorzaken door een intolerantie of allergie voor in de handschoenen gebruikte materialen. Bij het optreden van huidirritatie is voor een verdere toepassing medisch advies van uw arts raadzaam.
- » Om eventuele huidirritaties te voorkomen moeten de STIMEX® stimulatiehandschoenen niet langer dan nodig voor de therapie gedragen worden.
- » De STIMEX® stimulatiehandschoenen mogen om hygiënische redenen slechts door één persoon worden gebruikt.

Toepassing

- » Steek de stekker van de aansluitkabel van het elektrode-apparaat in de meegeleverde drukknopadapter op de handschoen en klik het op de daarvoor bedoelde kliksluiting op de boord van de STIMEX® stimulatiehandschoenen.
- » U kunt of één handschoen gebruiken of beide. Bij gebruik van één handschoen heeft u ook een zelfklevende elektrode nodig. Let op de aanbevelingen voor de toepassing van de elektrode in de instructie voor het gebruik van het elektrode-apparaat.
- » Maak de handschoenen flink nat met leidingwater. Om het makkelijker te maken is het raadzaam de handschoenen aan te trekken voordat u ze flink natmaakt.
- » Trek de STIMEX® stimulatiehandschoenen voorzichtig aan. Let op de Veiligheidsinstructies voor het gebruik van dit product.
- » Schakel, na het aansluiten, het elektrode-apparaat in en verhoog de intensiteit tot een duidelijk waarneembaar gevoel van elektriciteit. Behandel u zelf volgens voorschrift van de voorschrijvende arts.
- » Voordat u de STIMEX® stimulatiehandschoenen uittrekt, moet u altijd eerst het elektrode-apparaat uitschakelen.

Reinigings- en verzorgingsinstructies

- » Laat je de STIMEX® stimulatiehandschoenen na de behandeling aan de lucht drogen.
- » Was de STIMEX® stimulatiehandschoenen a.u.b. apart, met de hand, op 30°C. Indien nodig, gebruik dan een fijnwasmiddel en spoel de handschoenen daarna goed uit.
- » Wring de STIMEX® stimulatiehandschoenen niet uit!

Verkorte gebruiksaanwijzing

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en kijk naar de symbolen op de verpakking van de Stimex® stimulatiehandschoenen. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het gebruiken van het product.



Steek de stekker van de aansluitkabel van het elektrode-apparaat in de meegeleverde drukknopadapter op de handschoen en klik het op de daarvoor bedoelde kliksluiting op de boord van de STIMEX® stimulatiehandschoenen.



Trek de Stimex® stimulatiehandschoenen voorzichtig aan en maak ze daarna goed nat.



Schakel, na het aansluiten, het elektrode-apparaat in en verhoog de intensiteit tot een duidelijk waarneembaar gevoel van elektriciteit. Behandel u zelf volgens voorschrift van de voorschrijvende arts.

Informatie over de handschoen gebruikte materialen

STIMEX® stimulatiehandschoenen zijn gemaakt van polyester, elastaan, polyurethaan, met ingeweven dunne roestvrijstalen draden.

Informatie over de te gebruiken goedgekeurde apparaten voor elektrische stimulatie:

De STIMEX® stimulatiehandschoenen kunnen met alle door Pierenkemper GmbH geproduceerde elektrische stimulatieapparaten worden gebruikt.



Gebruik geen Stimex® stimulatiehandschoenen wanneer de huid van de handen verwond is of wanneer u daar een huidaanandoening hebt.



Raak je tijdens de therapie geen metalen voorwerpen aan.



Laat de handschoenen elkaar tijdens de therapie niet aanraken.



Draag tijdens de therapie geen metalen sieraden zoals armbanden of piercings.



Bedien tijdens de therapie met de Stimex® stimulatiehandschoenen geen elektronische apparaten zoals een mobiele telefoon of de T.V.



Was de STIMEX® stimulatiehandschoenen a.u.b. apart, met de hand, op 30°C. Wring de STIMEX® stimulatiehandschoenen niet uit!



Gebruik de STIMEX® stimulatiehandschoenen niet bij een temperatuur onder de 5 en boven de 35 °C.